

Beratungsbogen/Dokumentation
für die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistung
„Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung
und Üben der Inhalationstechnik“ für Salflutin Inhalationsgerät

Ort, Datum



Patient

Inhaltsstoffe:

- SALFLUTIN 50 µg/100 µg (Salmeterol, Fluticason-17-propionat)
- SALFLUTIN 50 µg/250 µg (Salmeterol, Fluticason-17-propionat)
- SALFLUTIN 50 µg/500 µg (Salmeterol, Fluticason-17-propionat)



Aufforderung des Patienten, die Arzneimittelinhalation wie gewohnt durchzuführen, Beobachtungen notieren und anschließend mit dem Patienten besprechen.

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Zustand Salflutin Inhalationsgerät:		
• Technisch funktionsfähig		
• Ausreichend sauber		
Vorbereitung der Inhalation:		
• Salflutin öffnen: Äußere Umhüllung in einer Hand halten und den Daumen der anderen Hand auf den Daumengriff legen. Daumengriff so weit wie möglich wegschieben, bis ein Klicken hörbar ist. (Dadurch öffnet sich ein kleines Loch im Mundstück.) 		
• Dosis freigeben: Mundstück auf sich selbst richten und den Hebel so weit wie möglich von sich wegschieben, bis ein Klicken hörbar ist. (Dadurch wird die Dosis in das Mundstück freigegeben.) 		
Inhalieren:		
• Aufrechte Körperhaltung, Kopf leicht nach hinten neigen		
• Normal ausatmen (aber NICHT in das Salflutin Inhalationsgerät hinein)		
• Salflutin mit den Lippen fest umschließen		
• Gleichmäßig und tief durch das Salflutin Inhalationsgerät einatmen (nicht durch die Nase!)		

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Inhalieren:		
• Gerät entfernen und etwa 10 Sekunden bzw. solange es möglich ist, den Atem anhalten		
• Neben das Gerät ausatmen		
• Salfutin Inhalationsgerät schließen: Daumen in den Daumengriff legen und so weit wie möglich zu sich zurückschieben, bis ein Klicken hörbar ist.		
Mund ausspülen:		
Ist dem Patienten bekannt, dass er nach der Inhalation eines Corticoids zur Vermeidung von Pilzinfektionen den Mund ausspülen sollte?		
Zählerstand:		
Ist dem Patienten bekannt, dass die Zahlen 5 bis 0 mit einem schwarzen Punkt erscheinen, um darauf hinzuweisen, dass nur noch wenige Einzeldosen übrig sind?		
Ist dem Patienten bekannt, dass die rote Markierung signalisiert, dass nur noch 20 Einzeldosen enthalten sind?		
Ist dem Patienten bekannt, dass Salfutin ersetzt werden muss, wenn der Zählerstand auf 0 steht?		
Lagerung:		
Ist dem Patient bekannt, dass Salfutin nicht über 30 °C gelagert werden darf und in der Originalverpackung gelagert werden sollte, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen?		
Reinigung:		
Weiß der Patient, dass das Salfutin Inhalationsgerät nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden darf? Kein Wasser!		
Sonstiges:		

Unterschrift Apothekenmitarbeiter