

Beratungsbogen/Dokumentation für die Durchführung der pharmazeutischen Dienstleistung „Erweiterte Einweisung in die korrekte Arzneimittelanwendung und Üben der Inhalationstechnik“ für den Easyhaler®

Ort, Datum

Patient

Easyhaler®/Inhaltsstoff(e):

Bufori Easyhaler® (Budesonid + Formoterol)

Flusarion Easyhaler® (Salmeterol + Fluticason-17-propionat)

Budesonid Easyhaler® (Budesonid)

Formoterol Easyhaler® (Formoterol)

Salbu Easyhaler® (Salbutamol)

Beclomet Easyhaler® (Beclometason)

Aufforderung des Patienten, die Arzneimittelinhalation wie gewohnt durchzuführen, Beobachtungen notieren und anschließend mit dem Patienten besprechen.

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Zustand Easyhaler®:		
• Technisch funktionsfähig		
• Kappe passt zum Easyhaler®		
• Ausreichend sauber		
Vorbereitung der Inhalation:		
• Bei Verwendung einer Schutzbox muss der Easyhaler® für die Inhalation NICHT aus der Schutzbox genommen werden.		
• Schutzbox öffnen		
• Schutzkappe vom Mundstück abziehen		
• Den Easyhaler® 3- bis 5-mal kräftig senkrecht schütteln		
• Gerät senkrecht halten		
• Zwischen Daumen und Zeigefinger 1-mal kräftig zusammendrücken, bis ein Klickgeräusch zu hören ist		
• In die Ausgangsposition zurückgleiten lassen		

Fortsetzung ►

	Beobachtung	Beratungsbedarf
Inhalieren:		
• Aufrechte Körperhaltung, Kopf leicht nach hinten neigen		
• Normal ausatmen (aber NICHT in den Easyhaler® hinein)		
• Den Easyhaler® mit den Lippen fest umschließen		
• Stark und tief durch den Easyhaler® einatmen		
• Gerät entfernen und 5 Sekunden den Atem anhalten		
• Neben das Gerät ausatmen		
• Schutzkappe auf das Mundstück stecken		
Mund ausspülen:		
Ist dem Patienten bekannt, dass er nach der Inhalation eines Corticoids zur Vermeidung von Pilzinfektionen den Mund ausspülen sollte?		
Zählerstand:		
Ist dem Patienten bekannt, dass sich das Zählwerk nach jeder 5. Anwendung weiterbewegt?		
Ist dem Patienten bekannt, dass die rote Markierung signalisiert, dass nur noch 20 Einzeldosen enthalten sind?		
Ist dem Patienten bekannt, dass der Easyhaler® ersetzt werden muss, wenn der Zählerstand auf 0 steht?		
Versehentliche Ladung / Versehentliches Ausatmen in das Gerät:		
Ist dem Patienten bekannt, dass bei versehentlicher Ladung oder versehentlichem Ausatmen in das Gerät der Easyhaler® mit dem Mundstück auf eine Tischoberfläche oder die Hand ausgeklopft werden muss?		
Reinigung:		
Der Patient weiß, dass der Easyhaler® nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden darf. Kein Wasser!		
Sonstiges:		

Unterschrift Apothekenmitarbeiter